LENTILE DE CONTACT MOI ALCON - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ACEST PROSPECT CONȚINE INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA UTILIZAREA ȘI SIGURANȚA PRODUSULUI. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI PROSPECTUL ȘI SĂ-L PĂSTRAȚI PENTRU A-L CONSULTA ULTERIOR. LENTILELE DE CONTACT TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA PRESCRISE DE UN PROFESIONIST ÎN DOMENIUL OFTALMOLOGIEI. ESTE ESENȚIAL SĂ RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PROFESIONISTULUI ȘI TOATE INDICAȚIILE DE PE ETICHETĂ PENTRU UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A LENTILELOR DE CONTACT.

Acest prospect cu Instrucțiuni de utilizare se referă la toate produsele cu lentile de contact Alcon, cu excepția produsului AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA. Acest prospect cu Instrucțiuni de utilizare și prospectele cu Instrucțiuni de utilizare specifice produselor sunt disponibile pe site-ul Alcon: www.ifu.alcon.com.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI, DESCRIEREA PRODUSULUI, CARACTERISTICI PRIVIND PERFORMANȚA TEHNICĂ

Abrevieri:	
DIA = Diametrul ocular (în mm)	RI = Indice de refracție (hidratat)
BC = Raza de curbură (mm)	Dk = Permeabilitatea oxigenului (în 10^{-11} [cm^2/sec] [ml O_2 /ml x mm Hg])
PWR = Puterea lentilei (în dioptrii/D)	PBS = Soluție salină tamponată cu fosfat
CT = Grosimea centrului (în mm) pentru o lentilă de -3,00 D; variază în funcție de putere	CuP = cupru [ftalocianinat(2-)], ftalocianină de cupru
CYL = Puterea cilindrului lentilei torice (în D)	Copolimer 845 = Copolimer de vinipiroloridonă/ dimetilaminoetilmetacrilat (VP/DMAEMA)
Axă = Axele cilindrice ale lentilelor torice	ECP = Profesionist în domeniul oftalmologiei

DAILIES TOTAL1™ (*sferice*), **DAILIES TOTAL1™ Multifocal** (*multifocale*), **DAILIES TOTAL1™ pentru astigmatism** (*torice*) Lentile de contact moi pentru o zi			Mod de purtare: **Lentile pentru port zilnic, de unică folosință**
Materialul lentilei: delefilcon A	**Conținut de apă:** 33% (materialul lentilei; miez); >80% (suprafața lentilei)	**Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:** CuP	**Absorbant UV și UV-Viz. (numai lentilele torice):** Monomeri benzotriazolici

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• PBS cu aprox. 0,3% agenți de umectare polimerici (copolimeri de poliamidoamină și acid poli(acrilamidă-acrilic))	• RI: 1.42; • Transmitanța luminii: ≥93% la 610 nm, -1,00 D (sferice/ multifocale), 90% ± 5% pentru medie peste 380 - 780 nm (torice); • Transmitanța HEVL (torice): ≤80%T la 420 nm; • Transmitanța UV (torice): rUVB <1,0% (medie % transmitanța peste 280 - 315 nm), rUVA <10,0% (medie % transmitanța peste 315 - 380 nm); • Dk: 140	• DIA: 14,1 (sferice, multifocale), 14,5 (torice) • BC: 8,5 și 8,8 (sferice), 8,5 (multifocale), 8,6 (torice) • CT: 0,09 (sferice, multifocale), 0,11 (torice) • PWR: +6,00 până la -12,00 (sferice, variază în funcție de BC), +6,00 până la -10,00 (multifocale; puteri de ADĂUGARE: MICĂ, MEDIE, MARE), +4,00 până la -8,00 (torice) • CYL: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 • Axă: 10° - 180° (trepte de 10°)

PRECISION1™ (*sferice*), **PRECISION1™ pentru astigmatism** (*torice*) Lentile de contact pentru o zi			Mod de purtare: **Lentile pentru port zilnic, de unică folosință**
Materialul lentilei: verofilcon A	***Conținut de apă:*** 51% (materialul lentilei; miez); >80% (suprafața lentilei)	***Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:*** Albastru reactiv 247	***Blocant UV:*** Monomer benzotriazolic

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• PBS cu aprox. 0,3% agenți de umectare polimerici (copolimeri de poliamidoamină și acid poli(acrilamidă-acrilic))	• RI: 1.4; • Transmitanța luminii: >90% (la 640 nm, - 3,00 D); • Dk: 90	• DIA: 14,2 (sferice), 14,5 (torice) • BC: 8,3 și 8,7 (sferice), 8,5 (torice) • CT: 0,09 (sferice), 0,10 (torice) • PWR: +8,00 până la -12,00 (sferice, variază în funcție de BC), +4,00 până la -8,00 (torice) • CYL: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 • Axă: 10° - 180° (trepte de 10°)

FOCUS™ DAILIES™ (*sferice*), **DAILIES™ AquaComfort™ Plus** (*sferice*), **DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric** (*torice*), **DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal** (*multifocale*) Lentile de contact pentru o zi			Mod de purtare: **Lentile pentru port zilnic, de unică folosință**
Materialul lentilei: nelfilcon A	**Conținut de apă:** 69%	**Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:** CuP	**Blocant UV:** Nu este cazul

FD = FOCUS™ DAILIES™; DACP = DAILIES™ AquaComfort™ Plus

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• Soluție salină izotonică, tamponată cu fosfat-acetat. • FD: Poate conține până la 0,02% poloxamer. • Produse DACP: Conțin polietilenglicol (PEG) și hidroxipropilmetilcelubză (HPMC) și pot conține până la 0,05% poloxamer	• RI: 1,38; • Transmitanța luminoasă a luminii: 95% ± 5% (sferice), 97% +3% / -5% (torice), 97% +3% / -5% (multifocale, pentru domeniul de putere -10,00 D MICĂ până la +6,00 D MARE, variază în funcție de putere); • Dk: 26	• DIA: 13.8 (FD), 14.0 (sferice/multifocale DACP), 14.4 (torice DACP) • BC: 8.6 (FD), 8.7 (sferice/multifocale DACP), 8.8 (torice DACP) • CT: 0,10 • PWR: +6,00 până la -10,00 (FD), +8,00 până la -15,00 (sferice DACP), +6,00 până la -10,00 (multifocale DACP; puteri de ADĂUGARE: MICĂ, MEDIE, MARE), +4,00 până la -9,00 (torice DACP) • CYL: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 • Axă: 10° - 180° (trepte de 10°)

FreshLook™ One-Day (*sferice*), **DAILIES™ FreshLook™ ILLUMINATE** (*sferice*) Lentile de contact colorate pentru o zi			Mod de purtare: **Lentile pentru port zilnic, de unică folosință**
Materialul lentilei: nelfilcon A	**Conținut de apă:** 69%	**Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:** Nu este cazul	**Blocant UV:** Nu este cazul

Marcaj color (pigmenți): oxizi de fier, cupru [ftalocianinat(2-)], dioxid de titan. În plus: oxid de crom, verde ftalocianină (FreshLook™ One-Day) sau mov carbazol (DAILIES™ FreshLook™ ILLUMINATE)

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• Soluție salină tamponată cu fosfat-acetat, care poate conține până la 0,02% poloxamer	• RI: 1,38; • Transmitanța spectrală a luminii: >88% la 380 - 780 nm; • Dk: 26	• BC: 8,6 • DIA: 13,8 • CT: 0,10 • PWR: între -0,25 și -8,00

TOTAL30™ (*sferice*), **TOTAL30™ pentru astigmatism** *(torice)* Lentile de contact			Mod de purtare: **Port zilnic**
Materialul lentilei: lehfilcon A	**Conținut de apă:** 55% (materialul lentilei; miez); ≥90% (suprafața lentilei)	**Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:** Albastru reactiv 247	**Absorbant UV și UV-viz.:** Monomeri benzotriazolici

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• PBS cu aprox. 1% copolimeri de poliamidoamină-epiclorhidrină și poli(clorhidrat de 2-metacriloxi-etil fosforil-colină-co-2-aminoetil metacrilat)	• RI: 1,40; • Transmitanța luminii (spectrală): ≥85%T (medie peste 380 - 780 nm); • Transmitanța HEVL (spectrală): ≤80%T la 420 nm; • Transmitanța UV: rUVB <1% (medie % transmitanța peste 280 - 315 nm), rUVA <10% (medie % transmitanța peste 315 - 380 nm); • Dk: 123	• BC: 8,4 (sferice), 8,6 (torice) • DIA: 14,2 (sferice), 14,5 (torice) • CT: 0,08 (sferice), 0,10 (torice) • PWR: +8,00 până la -12,00 (sferice), +8,00 până la -10,00 (torice) • CYL: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75 • Axă: 10° - 180° (trepte de 10°)

AIR OPTIX™ COLORS (*sferice*) Lentile de contact moi			Mod de purtare: **Port zilnic**
Materialul lentilei: lotrafilcon B	**Conținut de apă:** 33%	**Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:** Nu este cazul	**Blocant UV:** Nu este cazul

Marcaj color (aditivi colorați): mov carbazol, oxizi de fier, cupru [ftalocianinat(2-)], verde ftalocianină, dioxid de titan

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• PBS cu 1% copolimer 845	• RI: 1,42; • Transmitanța luminoasă a luminii: 95 ± 5%; • Dk: 110	• BC: 8,6 • DIA: 14,2 • CT: 0,08 • PWR: între +6,00 și -8,00

FRESHLOOK™ COLORS, FRESHLOOK™ COLORBLENDS™, FRESHLOOK™ DIMENSIONS, FRESHLOOK™ Handling Tint (*sferice*) Lentile de contact moi			Mod de purtare: **Port zilnic**
Materialul lentilei: phemfilcon A	**Conținut de apă:** 55%	**Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:** Verde ftalocianină (FRESHLOOK™ DIMENSIONS și Handling Tint)	**Blocant UV:** Monomer absorbant de UV brevetat

Marcaj color (pigmenți): mov carbazol, oxid de crom, oxizi de fier, cupru [ftalocianinat(2-)], verde ftalocianină, dioxid de titan (FRESHLOOK™ COLORS and FRESHLOOK™ COLORBLENDS™). Mov carbazol, oxid de crom, oxizi de fier, cupru [ftalocianinat(2 -)], verde ftalocianină (FRESHLOOK™ DIMENSIONS)

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• Soluție salină tamponată cu borat, cu 0,005% poloxamer	• RI: 1.41; • Transmitanța luminii: 95% minim la 600 nm; • Transmitanța UV: <10% T la 300 nm; • Dk: 16,1	• BC: între 8,25 și 8,60, variază în funcție de putere • DIA: 14,5 • CT: de obicei 0,08 pentru lentilele sferice minus și crește odată cu creșterea puterii plus • PWR: între +6,00 și -8,00

AIR OPTIX™ AQUA (*sferice*), **AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™** (*sferice*); **AIR OPTIX™ pentru astigmatism** (*torice*), **AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ pentru astigmatism** (*torice*); **AIR OPTIX™ AQUA Multifocal** (*multifocale*), **AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ Multifocal** (*multifocale*) Lentile de contact moi			Mod de purtare: **Port zilnic și prelungit (până la 6 nopți)**
Materialul lentilei: lotrafilcon B	**Conținut de apă:** 33%	**Tentă de vizibilitate pentru a facilita manevrarea:** CuP	**Blocant UV:** Nu este cazul

Soluție de ambalare:	***Proprietățile lentilei:***	***Parametrii disponibili ai lentilei[1]:***
• PBS • Modelele AIR OPTIX™ AQUA: cu 1% agent de umectare copolimer 845 • Modelele AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™: cu agenți de umectare 1% copolimer 845 și 0,04% polioxietilenă-polioxibutilenă	• RI: 1.42; • Transmitanța luminii: ≥96% (la 610 nm, -1,00 D); • Dk: 110	• BC: 8,6 (sferice, multifocale), 8,7 (torice) • DIA: 14,2 (sferice, multifocale), 14,5 (torice) • CT: 0,08 (sferice, multifocale), 0,102 (torice) • PWR: +6.00 până la -10,00 (+8.00 până la -12,00, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ sferice); puteri de ADĂUGARE multifocale: MICĂ, MEDIE, MARE • CYL: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 • Axă: cerc complet (trepte de 10°)

ACȚIUNI (Modul de acțiune)

- Când sunt hidratate și așezate pe cornee, toate lentilele de contact Alcon cu putere de corecție acționează ca un mediu de refracție pentru a focaliza razele de lumină pe retină.
- Modelul imprimat al lentilelor de contact FreshLook™ One-Day și DAILIES™ FreshLook™ ILLUMINATE se combină cu culoarea naturală a irisului pentru a asigura o schimbare sau o accentuare cu aspect natural. Pentru lentilele de contact AIR OPTIX™ COLORS and FRESHLOOK™ COLORS, FRESHLOOK™ COLORBLENDS™ și FRESHLOOK™ DIMENSIONS cu marcaj color, modelul imprimat se combină cu nuanța naturală a irisului pentru a accentua sau schimba culoarea aparentă a ochiului.
- Toate lentilele de contact DAILIES TOTAL1™ asigură simptome reduse de uscăciune și perioade de purtare confortabile mai lungi persoanelor purtătoare de lentile de contact care prezintă disconfort asociat uscăciunii apărute în timpul purtării lentilelor.
- Lentilele de contact PRECISION1™ / PRECISION1™ pentru astigmatism, DAILIES TOTAL1™ pentru astigmatism și TOTAL30™ / TOTAL30™ pentru astigmatism conțin un blocant UV pentru a ajuta la protejarea împotriva transmiterii radiațiilor UV nocive în cornee și în ochi.
- În plus, lentilele de contact DAILIES TOTAL1™ pentru astigmatism și TOTAL30™ / TOTAL30™ pentru astigmatism conțin monomeri de blocare UV-Viz. pentru a reduce transmitanța lungimilor de undă ale luminii vizibile de înaltă energie (HEVL) în domeniul de valori 380 nm - 450 nm.

NOTA (1): Expunerea pe termen lung la radiații UV este unul dintre factorii de risc asociați cataractelor. Expunerea se bazează pe o serie de factori precum condițiile de mediu (altitudine, geografie, nebulozitate) și factori personali (anvergura și tipologia activităților în aer liber). Lentilele de contact de absorbție UV contribuie la protejarea împotriva radiațiilor UV nocive. Totuși, studiile clinice nu au fost realizate pentru a demonstra faptul că purtarea lentilelor de contact de absorbție UV reduce riscul de apariție a cataractelor sau a altor tulburări de vedere. Pentru mai multe informații, solicitați sfatul unui profesionist în domeniul oftalmologiei.

NOTA (2): Filtrarea luminii vizibile de înaltă energie asigurată de lentilele de contact DAILIES TOTAL1™ pentru astigmatism și TOTAL30™ / TOTAL30™ pentru astigmatism are efect aditiv asupra cristalinului natural. Nu există un beneficiu clinic demonstrat asociat unei reduceri de 33%, respectiv de 34% a luminii vizibile la lungimi de undă sub 450 nm. Pentru mai multe informații, solicitați sfatul unui profesionist în domeniul oftalmologiei.

DOMENIUL DE UTILIZARE/ UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Toate lentilele de contact Alcon cu putere de corecție sunt destinate aplicării pe ochii persoanelor cu ochi sănătoși care necesită corecția vederii, conform celor stabilite și conform aplicării de către un profesionist în domeniul oftalmologiei.

Lentilele de contact colorate Alcon cu putere de corecție sunt destinate aplicării pe ochii persoanelor cu ochi sănătoși care necesită corecția vederii și care doresc sau nu să accentueze sau să modifice culoarea aparentă a irisului, conform celor stabilite și conform aplicării de către un profesionist în domeniul oftalmologiei.

GRUPURILE ȚINTĂ DE PACIENȚI

Populația de pacienți vizată pentru lentilele de contact Alcon cu putere de corecție include acele persoane cu ochi sănătoși care necesită corecția vederii pentru ametropie de refracție (miopie, hipermetropie, astigmatism și/sau prezbitism), cărora li se pot monta lentilele și care pot înțelege și pot respecta instrucțiunile de purtare, îngrijire și siguranță în utilizare (sau care au un îngrijitor care poate acționa în numele lor). Lentilele de contact sunt purtate de obicei de adulți și adolescenți. Copiii au purtat lentile de contact sub supravegherea unui profesionist în domeniul oftalmologiei specializat și sub monitorizarea părinților.

Lentilele de contact color Alcon includ, de asemenea un model imprimat cosmetic pentru pacienții care doresc să-și accentueze sau să modifice culoarea aparentă a ochilor.

BENEFICII CLINICE

Lentilele de contact Alcon cu putere de corecție oferă corecție optică oculară pentru miopie, hipermetropie, astigmatism și/sau prezbitism, după caz, conform celor stabilite și conform aplicării de către un profesionist în domeniul oftalmologiei.

Lentilele de contact cu putere de corecție oferă beneficii funcționale spre deosebire de ochelarii de vedere prin îmbunătățirea vederii periferice (laterale) și prin minimizarea diferențelor legate de mărimea obiectelor care apar când dioptriile lentilelor color doi ochi nu sunt identice.

INDICAȚII (Utilizări)

Lentilele de contact Alcon sunt indicate pentru corecția optică a ametropiei de refracție la persoanele fachice (cu cristalinul natural al ochiului) sau afachice (care nu au cristalinul natural), cu ochi sănătoși, cu astigmatism moderat care nu interferează cu acuitatea vizuală, după cum este detaliat în tabelul următor.

Produs cu lentile de contact	**Ametropie de refracție**	**Persoane fachice/afachice**	**Astigmatism și ajutor pentru lecturare (ADĂUGARE)**
PRECISION1™, DAILIES TOTAL1™, AIR OPTIX™ AQUA, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™	miopie și hipermetropie*	la persoane fachice sau afachice	până la aprox. 1,50 dioptrii (D) de astigmatism*
FOCUS™ DAILIES™, DAILIES™ AquaComfort™ Plus	miopie și hipermetropie	la persoane afachice	până la aprox. 1,50 D de astigmatism
PRECISION1™ pentru astigmatism, TOTAL30™ pentru astigmatism, DAILIES TOTAL1™ pentru astigmatism, AIR OPTIX™ pentru astigmatism, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ pentru astigmatism	miopie și hipermetropie	la persoane fachice sau afachice	până la 6,00 D de astigmatism
DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric	miopie și hipermetropie	la persoane afachice	cu 6,00 D sau mai puțin de astigmatism
DAILIES TOTAL1™ Multifocal, AIR OPTIX™ AQUA Multifocal, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ Multifocal	prezbitism, miopie și hipermetropie	la persoane fachice sau afachice	cu până la aprox. 1,50 D de astigmatism; ajutor la lecturare de +3,00 D sau mai puțin
DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal	prezbitism, miopie și hipermetropie	la persoane afachice	cu 2,00 D sau mai puțin de astigmatism; ajutor la lecturare de +3,00 D sau mai puțin
FreshLook™ One-Day, DAILIES™ FreshLook™ ILLUMINATE (cu putere de corecție)	miopie	la persoane afachice	până la aprox. 1,50 D de astigmatism
TOTAL30™, AIR OPTIX™ COLORS (cu putere de corecție)	miopie și hipermetropie	la persoane fachice sau afachice	până la aprox. 1,50 D de astigmatism
FRESHLOOK™ (cu putere de corecție)	miopie și hipermetropie	la persoane fachice	cu astigmatism minim

*Miopia reprezintă tulburarea vederii la distanță; hipermetropia reprezintă tulburarea vederii de aproape; astigmatismul reprezintă faptul că suprafața frontală a ochiului (corneea) și/sau cristalinul din interiorul ochiului au o curbură neregulată

Lentilele de contact colorate acționează, de asemenea, pentru a accentua sau modifica nuanța aparentă a ochiului.

Pentru modalitatea de purtare, consultați secțiunea **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**.

CONTRAINDICAȚII (Motive pentru neutilizare)

Lentilele de contact nu trebuie să fie purtate în cazul anumitor afecțiuni medicale sau condiții de mediu. Printre condițiile care pot preveni sau afecta utilizarea în siguranță a lentilelor de contact se numără următoarele:

- Alergii, inflamații, infecții sau iritații la nivelul ochilor sau în jurul ochilor sau pleoapelor.
- Film lacrimal deficitar (ochi uscat)
- Hipoestezie corneană (sensibilitate corneană redusă)
- Utilizarea unor medicamente care sunt contraindicate sau interferează cu purtarea lentilelor de contact, inclusiv medicamentele oftalmice
- Oricare afecțiune sistemică care poate fi exacerbată de sau interferează cu purtarea, manipularea și/sau îngrijirea lentilelor de contact
- Dacă ochii devin roșii sau iritați

Adresați-vă unui profesionist în domeniul oftalmologiei în mod corespunzător referitor la aceste situații sau altele.

AVERTISMENTE

- Lentilele de contact pentru purtare zilnică nu sunt indicate pentru purtarea peste noapte și nu trebuie purtate în timpul somnului.
- Lentilele de contact, chiar dacă sunt purtate pentru motive cosmetice, sunt dispozitive medicale care trebuie purtate numai sub îndrumarea și supravegherea unui profesionist în domeniul oftalmologiei.
- Riscul de cheratită ulcerativă (o afecțiune oftalmologică gravă) s-a dovedit a fi mai mare în cazul persoanelor care utilizează lentile cu purtare prelungită decât în cazul persoanelor care utilizează lentile de contact cu purtare zilnică.[2]
- Problemele oftalmologice grave, inclusiv ulcerațiile corneene (cheratită ulcerativă), pot apărea rapid și pot conduce la pierderea vederii.
- Purtarea lentilelor de contact sporește riscul de infecții oculare. Dacă dormiți cu lentilele de contact pe ochi și/sau continuați să fumați, vă expuneți unui risc sporit de cheratită ulcerativă în calitate de utilizator al lentilelor de contact.[2,3]
- Dacă un pacient prezintă disconfort oftalmic, senzație de corp străin, epiforă, modificări ale vederii, înroșirea ochiului sau alte probleme oftalmice, pacientul trebuie să fie instruit să își scoată imediat lentilele și să se adreseze imediat unui profesionist în domeniul oftalmologiei.
- Problemele legate de lentilele de contact și produsele de îngrijire a lentilelor pot conduce la leziuni grave la nivelul globului ocular. Este esențial ca persoanele care poartă lentile de contact să respecte indicațiile profesionistului în domeniul oftalmologiei și toate instrucțiunile de etichetare pentru utilizarea corespunzătoare a lentilelor și produselor de îngrijire a lentilelor.
- Lichidele nesterile (respectiv, apă de la robinet, apă distilată, ser fiziologic obținut la domiciliu sau salivă) nu trebuie utilizate ca înlocuitor pentru componente din procesul de îngrijire a lentilei. Utilizarea de apă de la robinet și apă distilată a fost asociată cu cheratita *Acanthamoeba*, o infecție corneană care este rezistentă la tratament și îngrijire.
- Lentilele de contact de absorbție UV NU înlocuiesc ochelarii de protecție cu absorbție UV, cum ar fi ochelarii de protecție sau ochelarii de soare cu absorbție UV) deoarece acoperă complet ochiul și zona înconjurătoare. Pacientul trebuie să poarte în continuare ochelarii de protecție cu absorbție UV conform indicațiilor.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Măsuri speciale de precauție pentru profesioniștii în domeniul oftalmologiei (ECP)

- Când selectează un model și parametrii adecvați ai lentilei, profesionistul în domeniul oftalmologiei trebuie să ia în considerare toate caracteristicile lentilei care pot afecta performanțele lentilei și sănătatea oculară, inclusiv permeabilitatea la oxigen, grosimea centrală și periferică și diametrul zonei optice.
- Lentilele de testare destinate potrivirii și diagnosticării trebuie să fie eliminate după o singură utilizare și nu sunt destinate reutilizării la mai multi pacienți.
- Starea de sănătate oculară a pacientului și performanțele lentilei la nivelul ochiului trebuie să fie evaluate cu atenție la prescrierea inițială și trebuie monitorizate în mod constant de către profesionistul în domeniul oftalmologiei care asigură prescrierea.
- Fluoresceina, un colorant galben, nu trebuie utilizat în timp ce lentilele sunt aplicate pe ochiul pacientului. Lentilele absorb acest colorant și se decolorează.
- Pacienții care poartă lentile de contact pentru a corecta prezbitismul pot să nu atingă acuitatea vizuală corectată optim pentru vederea la distanță sau de aproape. Cerințele legate de vedere variază în funcție de fiecare persoană în parte și trebuie avute în vedere când se selectează cel mai potrivit tip de lentilă.
- Lentilele de contact colorate sau cu detalii cu rol cosmetic pot cauza vizibilitate scăzută în condiții de luminozitate redusă.
- Diabeticii pot avea o sensibilitate corneană redusă și pot fi astfel mai predispuși la leziuni corneene și este posibil să nu se vindece la fel de rapid sau complet ca persoanele care nu suferă de diabet.
- Schimbările vizuale sau schimbările toleranței lentilei se pot produce în timpul sarcini sau în timpul utilizării contraceptivelor orale. Atenționați pacienții în mod corespunzător.
- Profesioniștii în domeniul oftalmologiei trebuie să îndrume pacienții să îndepărteze lentilele imediat dacă ochii devin roșii sau iritați.
- Înainte de a pleca de la cabinetul profesionistului în domeniul oftalmologiei, pacienții trebuie să poată îndepărta prompt lentilele sau trebuie să apeleze la o altă persoană care le poate îndepărta lentilele.
- Examinările oftalmologice de rutină sunt necesare pentru a asigura o stare de sănătate continuă a ochilor pacienților. Alcon recomandă ca pacienții să se adreseze profesionistului lor în domeniul oftalmologiei o dată pe an sau mai frecvent, conform recomandărilor profesionistului în domeniul oftalmologiei.

Măsurile de precauție referitoare la manipularea și purtarea lentilelor de contact

- Examinați ochii în fiecare zi pentru a vă asigura că ochii au un aspect sănătos, că vă simțiți confortabil și că vederea dumneavoastră este clară.
- Nu utilizați dacă ambalajul cu blister este deteriorat sau nu este închis etanș. Acest lucru poate conduce la contaminarea produselor, ce poate cauza o infecție oftalmologică gravă.
- Lentile de unică folosință pentru port zilnic: Dacă un ambalaj de tip blister este deschis accidental înainte ca lentila să fie destinată utilizării, lentila trebuie eliminată. Poate rezulta contaminarea produsului ce poate conduce la o infecție gravă la nivelul ochilor.
- Lentile pentru port zilnic și pentru port extins: Dacă un ambalaj de tip blister este deschis accidental înainte ca lentila să fie destinată utilizării, lentila trebuie păstrată într-o casetă curată pentru lentile. Produsele de îngrijire a lentilelor nu sunt identice; prin urmare, respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului referitor la modul de păstrare. curățare și dezinfectare a lentilei înainte de a o purta.

În scopul menținerii sănătății și siguranței ochilor dumneavoastră, programul de purtare a lentilei trebuie stabilit de profesionistul dumneavoastra în domeniul oftalmologiei. Dacă un profesionist în domeniul oftalmologiei nu a prescris un program de port extins, nu purtați lentilele de contact Alcon când dormiți.

- Nu depășiți niciodată programul de purtare prescris indiferent de cât de confortabile sunt lentilele. Astfel poate crește riscul de reacții adverse.
- Lentile de unică folosință pentru port zilnic: Lentilele nu sunt destinate a fi curățate sau dezinfectate și trebuie eliminate după fiecare utilizare. Reutilizarea lor poate crește riscul de iritație la nivelul ochilor, infecție sau poate duce la deteriorarea lentilei din cauza uzurii.
- Nu folosiți lentilele împreună cu alte persoane deoarece puteți, astfel, transmite microorganisme care pot conduce la probleme oculare grave.
- Nu permiteți niciodată intrarea în contact a lentilelor de contact cu lichide nesterile (inclusând apa de la robinet și salivă) deoarece se poate produce o contaminare microbiană, care poate conduce la leziuni oculare permanente.
- Nu utilizați niciodată apă, soluție salină sau picături de rehidratare pentru a dezinfecta lentilele dvs. Aceste soluții nu vă vor dezinfecta lentilele. Neutilizarea soluției de dezinfectare recomandate poate conduce la infecție severă, pierderea vederii sau orbire.
- Adresați-vă unui profesionist în domeniul oftalmologiei înainte de a purta lentilele de contact, în timpul activităților sportive, incluzând înotul și alte activități acvatice. Expunerea la apă (sau alte lichide nesterile) în timpul purtării lentilelor de contact, în activități precum înotul, schiul pe apă și băile fierbinți pot spori riscul de infecție oculară, inclusiv cheratita *Acanthamoeba*.
- Scoateți și eliminați lentilele în cazul expunerii la vapori nocivi sau iritanți.
- Eliminați lentilele de contact care s-au deshidratat sau care sunt deteriorate. Înlocuiți-le cu lentile noi.
- Se recomandă ca persoanele care poartă lentile de contact să se adreseze profesionistului în domeniul oftalmologiei cel puțin o dată pe an sau conform indicațiilor primite.
- Informați angajatorul dacă purtați lentile de contact, în special, dacă munca dumneavoastră presupune utilizarea unui echipament de protecție a ochilor.
- Notați și păstrați dioptriile corecte ale lentilelor pentru fiecare ochi în parte. Înainte de aplicarea lentilelor, asigurați-vă că puterea lentilei de pe fiecare ambalaj este corectă pentru ochiul corespunzător.
- Nu schimbați tipul de lentilă sau parametrii fără să vă adresați mai întâi profesionistului în domeniul oftalmologiei.
- Dacă întrerupeți purtarea lentilelor de contact pe o perioadă îndelungată, adresați-vă profesionistului în domeniul oftalmologiei înainte de a reîncepe să purtați lentilele de contact.
- Procedați cu atenție atunci când utilizați săpunuri, loțiuni, creme, produse cosmetice sau deodorante deoarece acestea pot provoca iritații dacă intră în contact cu lentilele dumneavoastră.
- Aplicați lentilele în ochi înainte de a aplica machiajul și scoateți-le înainte de a vă demachia.
- Asigurați-vă că aveți întotdeauna la dumneavoastră o pereche de lentile de contact de rezervă.
- Nu utilizați lentilele de contact după data expirării.
- Lentilele de contact colorate sau cu detalii cu rol cosmetic pot cauza vizibilitate scăzută în condiții de luminozitate redusă.
- Lentile de contact FRESHLOOK™ (phemfilcon A): Acest produs conține componentele acid boric/borat de sodiu (peste 0,1% greutate/greutate în soluția din ambalare) care sunt sigure când acest produs este folosit în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă.
- Lentilele de contact colorate FreshLook™ One-Day, DAILIES™ FreshLook™ ILLUMINATE, AIR OPTIX™ COLORS și FRESHLOOK™ conțin oxid de fier, un colorant pe bază de metal. Scoateți lentilele înainte de a realiza o procedură de imagistică prin rezonanță magnetică (denumită și IRM sau imagistică RM).

REACȚII ADVERSE NEDORITE (Potențiale probleme și măsurile ce trebuie luate)

Probleme pot apărea în cazul purtării lentilelor de contact și acestea pot prezenta inițial unul sau mai multe dintre următoarele semne și simptome:

- disconfort ocular [senzația de corp străin în ochi]
- lentilă incomodă
- înroșire a ochilor
- sensibilitate la lumină (fotofobie)
- senzație de arsură, înțepături, mâncărime sau lăcrimare
- acuitate vizuală redusă (vedere încețoșată)
- perceperea unor curcubeie sau a unor halouri în jurul surselor de lumină (tulburări de vedere)
- creșterea secrețiilor la nivelul ochilor (iritație)
- disconfort sau durere, inclusiv cefalee
- senzație accentuată sau persistentă de uscăciune a ochilor
- Inflamație

Aceste semne și simptome pot fi asociate cu mai multe afecțiuni, inclusiv:

- degradarea vederii, permanentă
- abrazione corneană
- edem cornean
- infecție microbiană
- keratită ulcerativă (ulcerație corneană), non-infecțioasă
- reacție alergică/hipersensibilitate
- reacție de toxicitate

Dacă sunt ignorate, aceste semne, simptome și afecțiuni pot conduce la complicații mai grave.

MĂSURILE RECOMANDATE ÎN CAZUL APARIȚIEI UNEI PROBLEME

Lentile de unică folosință pentru port zilnic: Dacă se manifestă vreuna dintre reacțiile adverse menționate mai sus, îndepărtați imediat lentila/lentilele.

- Examinați-vă ochiul afectat în oglindă pentru a constata dacă remarcați ceva neobișnuit.
  - Dacă disconfortul sau problema dispare, aplicați o lentilă nouă.
  - Dacă disconfortul sau problema nu dispare sau dacă reapare după introducerea unei noi lentile, îndepărtați lentila și contactați imediat profesionistul dumneavoastră în domeniul oftalmologiei.

Lentile pentru port zilnic și pentru port extins: Dacă se manifestă vreunul dintre semnele sau simptomele menționate mai sus, îndepărtați imediat lentila/lentilele.

- Dacă disconfortul sau problema încetează, examinați atent lentila/lentilele.
  - Dacă lentilele sunt deteriorate în orice mod, nu reaplicați lentilele în ochi. Înlocuiți-le cu lentile noi sau adresați-vă profesionistului dumneavoastră în domeniul oftalmologiei.
  - Dacă lentilele prezintă impurități, o geană sau un corp străin sau dacă problema încetează și lentilele par nedeteriorate, curățați, clătiți și dezinfectați bine lentilele înainte de a le reaplica în ochi.
- Dacă simptomele menționate anterior continuă după îndepărtarea sau după reaplicarea lentilei în ochi, îndepărtați imediat lentilele, iar apoi contactați prompt profesionistul dumneavoastră în domeniul oftalmologiei.

Poate exista o afecțiune gravă, de exemplu, o infecție, ulcerație corneană (cheratită ulcerativă) sau irită. Aceste afecțiuni pot progresa rapid și pot conduce la pierderea permanentă a vederii. Reacțiile mai puțin grave, de exemplu abraziunile, pigmentarea epitelială și conjunctivita bacteriană, trebuie gestionate și tratate în mod corespunzător pentru a evita complicațiile.

- Senzația de uscăciune oculară ocazională poate fi înlăturată dipind complet de câteva ori sau prin utilizarea de picături de hidratare a lentilelor de contact, care sunt aprobate pentru utilizare împreună cu lentilele de contact moi. Dacă uscăciunea persistă, consultați un profesionist în domeniul oftalmologiei.
- Dacă o lentilă se lipește (nu se mai mișcă), aplicați câteva picături din soluția de hidratare pentru lentile de contact și așteptați până când lentila începe să se miște liber la nivelul ochiului. Dacă problema persistă, consultați un profesionist în domeniul oftalmologiei.
- Dacă lentila suferă o descentrare la nivelul ochiului, poate fi posibilă recentrarea acesteia prin: închiderea pleoapelor și masarea ușoară a lentilelor în poziție sau privirea în direcția lentilei și clipirea ușoară sau împingerea blândă a lentilei descentrate pe cornee cu o presiune ușoară a degetului pe marginea pleoapei superioare sau inferioare.
- Dacă lentila se rupe când se află aplicată pe ochi, îndepărtați bucățile cu atenție prinzându-le așa cum ați proceda de obicei pentru a îndepărta lentila în mod normal. Dacă bucățile de lentilă nu par a putea fi înlăturate cu ușurință, nu agresați țesutul ocular în mod excesiv. Clătiți cu ser fiziologic și încercați să îndepărtați bucățile de lentilă din nou. Dacă acest lucru nu ajută, contactați profesionistul în domeniul oftalmologiei pentru asistență.

Urgențe generale:

Dacă substanțe chimice de orice tip (produse de uz casnic, soluții pentru grădinărit, substanțe chimice de laborator etc.) intră în contact cu ochii:

- Clătiți imediat cu ser fiziologic sau apă de la robinet.
- Scoateți și eliminați lentilele și adresați-vă imediat profesionistului dvs. în domeniul oftalmologieiic sau prezentați-vă imediat la unitatea de primiri urgențe.

RAPORTAREA INCIDENTELOR GRAVE

Evenimentele adverse referitoare la utilizarea acestui dispozitiv medical trebuie să fie raportate către Alcon Laboratories, Inc. În UE, contactați biroul local de la nivel de țară sau distribuitorul Alcon local: E-mail: qa.complaints@alcon.com; Site web: https://www.alcon.com/contact-us. Incidentele grave trebuie să fie, de asemenea, raportate autorității competente pentru dispozitive medicale din statul dvs.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MODUL DE PURTARE ȘI PROGRAMUL DE ÎNLOCUIRE RECOMANDATE

Programul de purtare și înlocuire a lentilelor trebuie determinat de către un profesionist în domeniul oftalmologiei, în funcție de nevoile și particularitățile fiziologice individuale ale pacientului. Alcon recomandă următorul program de purtare și înlocuire:

Toate lentilele de contact PRECISION1™, DAILIES TOTAL1™, FOCUS™ DAILIES™, DAILIES™ AquaComfort™ Plus, FreshLook™ One-Day, DAILIES™ FreshLook™ ILLUMINATE: Lentile pentru port zilnic, de unică folosință

Începeți fiecare zi cu o pereche nouă de lentile care sunt eliminate la finalul perioadei de purtare zilnică.

TOTAL30™, TOTAL30™ pentru astigmatism, AIR OPTIX™ COLORS, FRESHLOOK™ COLORS, FRESHLOOK™ COLORBLENDS™, FRESHLOOK™ DIMENSIONS, FRESHLOOK™ Handling Tint: Port zilnic

Lentilele de contact sunt aprobate utilizării exclusive pe timpul zilei (mai puțin de 24 ore fără a dormi cu ele pe ochi) și trebuie scoase înainte de a dormi. Lentilele trebuie utilizate pentru înlocuirea frecvență/planificată cu îndepărtarea zilnică pentru curățare și dezinfectare (utilizând un sistem de dezinfectare chimică (nu termică) înainte de reaplicarea lentilei). Purtarea zilnică normală a lentilelor presupune un interval minim de 6 ore în care nu purtați lentilele, dintr-un interval de 24 de ore. Intervalul de purtare zilnică poate fi dezvoltat treptat până la atingerea intervalului de purtare maxim recomandat. Lentilele trebuie să fie eliminate și înlocuite cu o nouă pereche în fiecare lună sau mai frecvent, dacă se recomandă de către profesionistul în domeniul oftalmologiei. Planul de înlocuire pentru purtători individuali trebuie să fie stabilit de un profesionist în domeniul oftalmologiei și poate fi mai scurt decât perioada maximă de 1 lună.

AIR OPTIX™ AQUA, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™, AIR OPTIX™ pentru astigmatism, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ pentru astigmatism, AIR OPTIX™ AQUA Multifocal, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ Multifocal: Port zilnic și prelungit (până la 6 nopți)

Profesionistul în domeniul oftalmologiei poate recomanda numai purtarea zilnică sau perioade de purtare prelungite, de până la 6 nopți de purtare continuă, cu îndepărtare pentru eliminare sau curățare și dezinfectare înainte de reaplicare. Purtarea continuă a lentilelor timp de 6 nopți nu este valabilă pentru toate persoanele. Lentilele trebuie să fie eliminate și înlocuite cu o nouă pereche în fiecare lună sau mai frecvent, dacă se recomandă de către profesionistul în domeniul oftalmologiei.

INSTRUCȚIUNI DE MANEVRARE A LENTILEI

- Întotdeauna, spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini și ștergeți-vă complet cu un prosop curat, fără scame, înainte de a manipula lentilele de contact.
- Scuturați ușor blisterul (care conține o nouă lentilă) înainte de a-l deschide.
- Scoateți cu grijă lentila din blister (sau caseta de păstrare a lentilelor pentru lentilele purtate anterior), așezând-o în palmă.
- Asigurați-vă că lentila se află cu partea corectă la exterior și că aveți lentila potrivită pentru fiecare ochi.
- Inspectați lentilele înainte de aplicare.
- Nu utilizați lentile deteriorate sau care nu sunt curate.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE A LENTILEI

- Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame, înainte de a manipula lentilele de contact.
- Aplicați o lentilă pe vârful degetului dvs. arătător drept sau stâng curat și uscat. Așezați degetul mijlociu al aceleiași mâini în apropierea genelor inferioare și trageți în jos pleoapa inferioară.
- Utilizați degetele de la cealaltă mână pentru a ridica pleoapa superioară.
- Aplicați lentila direct pe ochi (cornee) și ridicați ușor degetul de pe lentilă.
- Priviți în jos și eliberați ușor pleoapa inferioară.
- Priviți direct înainte și eliberați ușor pleoapa superioară.
- Clipiți încet.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNDEPĂRTARE A LENTILEI

- Spălați-vă și clătiți-vă bine pe mâini și uscați-vă complet cu un prosop curat, fără scame.
- Clipiți complet de câteva ori.
- În timp ce priviți în sus, cu vârful degetului, împingeți ușor lentila spre partea albă a ochiului.
- Scoateți lentila prinzând-o ușor între degetul mare și cel arătător. Dacă nu puteți îndepărta lentila, nu încercați să lezați țesutul ocular.
- Dacă lentila este alunecoasă și este dificil de prins, uscați-vă degetele încă o dată și încercați din nou. Nu utilizați picături de hidratare în acest caz.
- Dacă lentila poate fi prinsă, dar este dificil de îndepărtat, instilați picături de lubrifiere și rehidratare și încercați din nou după câteva minute.
- Nu utilizați niciodată pensete, ventuze, obiecte ascuțite sau unghiile pentru a scoate lentilele din recipientul acestora sau de pe ochi.

Dacă întâmpinați probleme la îndepărtarea lentilei (lentilă descentrată sau deteriorată), consultați **MĂSURILE RECOMANDATE ÎN CAZUL APARIȚIEI UNEI PROBLEME** de mai sus.

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIREA LENTILELOR

Purtarea de lentile de unică folosință

- Nu se indică nicio îngrijire a lentilei deoarece lentilele sunt eliminate după ce au fost îndepărtate de pe ochi.
- Lentilele trebuie să fie curățate, clătite și dezinfectate numai în caz de urgență când nu sunt disponibile lentile de schimb.

Purtarea lentilei de schimb

- De fiecare dată când lentilele sunt îndepărtate (înainte de momentul de înlocuire planificat), acestea trebuie să fie curățate, clătite și dezinfectate în mod corespunzător înainte de a le reutiliza.
  - Oftalmologul trebuie să vă recomande și să vă ofere instrucțiuni pentru un sistem adecvat de îngrijire a lentilelor. Nu schimbați sistemul de îngrijire a lentilelor fără să vă adresați mai întâi profesionistului în domeniul oftalmologiei. Metodele adecvate de dezinfectare includ soluții de dezinfecție multifuncționale sau cu peroxid de hidrogen.
  - Produsele de îngrijire a lentilelor au utilizări și instrucțiuni diferite. Pentru a evita problemele oculare sau deteriorarea lentilelor, citiți întotdeauna și urmați cu atenție instrucțiunile producătorului privitor la utilizarea produsului/produselor respective
  - Unele produse de îngrijire a lentilelor necesită efectuarea unei proceduri de frecare și clătire. În acest caz, urmați instrucțiunile producătorului soluției de îngrijire privitor la volumul soluției și timpul de frecare și clătire pentru a reduce riscul de infecție ocular gravă.
- Înmuierea și păstrarea lentilelor dvs.:
  - Utilizați doar soluție nouă de îngrijire a lentilelor de contact de fiecare dată când înmuiați (păstrați) lentilele.
  - Perioada de timp în care puteți păstra lentilele înainte ca pași de curățare, clătire și dezinfectare să trebuiască să fie repetați variază în funcție de produsul de îngrijire utilizat. Urmați instrucțiunile producătorului.
  - Nu reutilizați soluția rămasă în casetă și nu adăugați soluție proaspătă peste cea utilizată din caseta lentilelor deoarece reutilizarea soluției reduce eficacitatea dezinfecției și poate conduce la apariția unei infecții severe, pierderea vederii sau orbire. A „adăuga soluție proaspătă" înseamnă completarea cu soluție proaspătă a soluției care se afla deja în caseta dvs.
- După deschiderea unui produs de îngrijire a lentilelor, eliminați soluția rămasă după perioada recomandată de producătorul produsului.
- Nu utilizați produse destinate exclusiv lentilelor dure sau rigide permeabile la gaz.
- Nu încălziți niciodată soluțiile de îngrijire a lentilelor și nu prelucrați lentilele termic pentru dezinfecție.
- Nu utilizați niciodată apă, soluție salină sau picături de rehidratare pentru a dezinfecta lentilele. Aceste soluții nu vor dezinfecta lentilele. Neutilizarea soluției de dezinfectare recomandate poate conduce la infecție severă, pierderea vederii sau orbire.

SOLUȚII DE ÎNGRIJIRE A LENTILELOR

- Lentilele de contact zilnice, de unică folosință Alcon nu au fost realizate pentru a fi utilizate cu un sistem de îngrijire a lentilelor. Lentilele de contact sunt de unică folosință și doar pentru port zilnic. Lentilele nu trebuie să fie curățate sau dezinfectate și trebuie eliminate după fiecare utilizare. Trebuie să aveți mereu la îndemână lentile de schimb sau ochelari de rezervă.
- Lentilele de contact pentru purtare zilnică și pentru purtare zilnică și prelungită trebuie să fie curățate și dezinfectate după fiecare perioadă de purtare sau eliminate și înlocuite cu lentile noi. Trebuie să aveți mereu la îndemână lentile de schimb sau ochelari de rezervă. Urmați instrucțiunile producătorului pentru produsele de îngrijire a lentilelor recomandate de profesionistul în domeniul oftalmologiei. Alcon recomandă următoarele produse, acolo unde este cazul: Soluție de curățare și dezinfecție AOSEPT™ PLUS[4] cu HydraGlyde™, soluție de dezinfecție multifuncțională OPTI-FREE™ PureMoist™.
- INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ DE UTILIZARE A CASETEI DE PĂSTRAREA LENTILELOR

Soluțiile de îngrijire a lentilelor de contact și casetele lentilelor de contact variază și au diferite scopuri și instrucțiuni de utilizare diferite. Unele casete sunt destinate exclusiv păstrării lentilelor de contact în timp ce altele sunt create special pentru a conține un disc de neutralizare care trebuie utilizat cu sisteme de curățare și dezinfectare cu peroxid de hidrogen. Dacă nu sunt purtate zilnic, lentilele care au fost curățate și dezinfectate pot fi păstrate într-o casetă nedeschisă pe o perioadă de timp care variază în funcție de soluția și caseta utilizate pentru lentilele de contact. **Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producătorul produselor de îngrijire utilizate pentru lentile**.

- Oftalmologul trebuie să ofere instrucțiuni pacientului referitor la modul de utilizare a soluțiilor de îngrijire a lentilelor și a casetelor pentru lentile recomandate.
- Casetele pentru lentile de contact pot fi o sursă de dezvoltare a bacteriilor și necesită curățare riguroasă, uscare și înlocuire pentru a evita contaminarea sau deteriorarea lentilelor:
  - Curățați casetele pentru lentile de contact cu o soluție adecvată pentru lentile de contact și uscați-le în conformitate cu instrucțiunile referitoare la caseta pentru lentile de contact. Instrucțiunile de uscare, precum uscarea la aer sau ștergerea cu o lavetă fără scame, pot varia în funcție de caseta pentru lentile utilizată.
  - Înlocuiți casetele pentru lentile de contact cel puțin la fiecare 3 luni sau conform recomandărilor producătorului casetei pentru lentile de contact.
  - Înlocuiți casetele pentru lentile de contact special concepute care conțin un disc de neutralizare, conform indicațiilor producătorului sau mai devreme dacă lentilele curățate și dezinfectate provoacă senzație de arsură și înțepături.
  - Nu păstrați lentilele și nu clătiți caseta acestora cu apă sau soluție nesterilă. Utilizați doar soluție de îngrijire a lentilelor proaspătă pentru a evita contaminarea lentilelor dvs. sau a casetei pentru lentile. Utilizarea unei soluții nesterile poate conduce la infecție severă, pierderea vederii sau orbire.

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Eliminați lentilele de contact și capacul pachetului cu blister în coșul de gunoi, nu în chiuvetă sau la toaletă. Ambalajul din carton și carcasa din plastic de polipropilenă (PP) a blisterului trebuie să fie introduse în coșul de gunoi sau reciclate în conformitate cu recomandările locale privind gestionarea deșeurilor.

CONȚINUTUL RECIPIENTULUI (Modul de prezentare)

Lentilele de contact Alcon sunt ambalate în blistere din plastic, sigilate cu folie, formate dintr-o carcasă turnată din polipropilenă și un capac din folie de aluminiu acoperit cu poliester. Blisterele conțin soluție de ambalare tamponată și sunt sterilizate cu abur. Eticheta ambalajului este marcată cu raza de curbură a lentilei, diametrul, puterea dioptrilor, culoarea și axa (acolo unde este cazul), ADD și MAX ADD (acolo unde este cazul), modelul imprimat/culoarea lentilei (pentru lentilele colorate), numărul lotului de fabricație, data fabricației și data expirării. Lentilele se livrează în cutii de carton care conțin mai multe lentile de contact în ambalaje sigilate individual.

ABREVIERI ȘI SIMBOLURI CARE POT APĂREA PE ETICHETA PRODUSULUI

ABREVIERE	DEFINIȚIE	SIMBOL	DEFINIȚIE
BC	Raza de curbură		Conține substanțe periculoase
DIA	Diametru		Simbolul autorizației pentru eliminarea ambalajului
PWR	Putere		A nu se reutiliza
D	Dioptrie (puterea lentilei)	LOT	Număr de lot
ADD	Puterea de adăugare		Expiră la
MAX ADD	Puterea de adăugare eficientă maximă	UV	Lentilele conțin cromofori pentru a absorbi lumina ultravioletă (UV)
LO	Redus		Sistem unic de barieră sterilă
MED	Medie	STERILE	Sterilizat cu aburi
HI	Ridicat	CE	Marcaj privind conformitatea europeană
L	Stâng	en	Engleză (exemplu de cod alcătuit din 2 litere pentru limbă)
R	Drept		Atenție
UV	Ultraviolete		Consultați instrucțiunile de utilizare
UVA	Ultraviolete A		A nu se utiliza dacă blisterul este deteriorat.
UVB	Ultraviolete B		Producător
UV-Vis	Ultraviolete și vizibile		Data fabricației
EXP	Data expirării	MD	Dispozitiv medical
HEVL	Lumină vizibilă de înaltă energie		Nu eliminați lentilele de contact în chiuvetă sau la toaletă
CYLAX	Puterea cilindrului și axul	EC REP	Reprezentant autorizat pentru Comunitatea Europeană
VP/DMAEMA	Vinilpirolidonă/ dimetilaminoetilmetacrilat	Rx only	Atenție: Potrivit legislației federale (S.U.A.), acest dispozitiv poate fi comercializat numai de către profesioniști în domeniul oftalmologiei sau la recomandarea unui profesionist în domeniul oftalmologiei cu drept de liberă practică.

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, SUA

EC REP
Alcon Laboratories Belgia
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgia

CE 0123

Data publicării:12/2021

© 2021 Alcon Inc.

900415407-1221

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

[1]Verificați disponibilitatea efectivă a produsului, care se poate modifica în timp. Observație: Pentru lentilele torice, este posibil ca nu toate combinațiile de puteri, cilindri și axe să fie disponibile.

[2]Cutler GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

[3]Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.

[4]AOSEPT este marcă comercială aparținând American Optical

Alcon

900415407